

Chiritorol 2000L 緑ラベル (製造番号: 007405 有効期限: 2016. 04) 認証値 2014年8月

項目	認証値	単位	許容範囲	許容幅
Na	147	mmol/l	145 ~ 149	±2mmol/l
K	5.6	mmol/l	5.4 ~ 5.8	±0. 2mmol/l
CL	109	mmol/l	106 ~ 112	±3mmol/l
CL (日立電極)	105	mmol/l	102 ~ 108	±3mmol/l
Ca	11.4	mg/dl	10.9 ~ 11.9	±0. 5mg/dl
GLU	183	mg/dl	178 ~ 188	±5mg/dl
TCH	119	mg/dl	113 ~ 125	±6mg/dl(±5%)
TG	42	mg/dl	39 ~ 45	±3mg/dl(±5%)
HDL協和メタボリード	37	mg/dl	34 ~ 40	±3mg/dl
HDL積水コレステスト	42	mg/dl	39 ~ 45	±3mg/dl
TP	6.5	g/dl	6.3 ~ 6.7	±0. 2g/dl
ALB (BCG)	4.2	g/dl	4.0 ~ 4.4	±0. 2g/dl
ALB (New BCP)	4.1	g/dl	3.9 ~ 4.3	±0. 2g/dl
CRP	1.93	mg/dl	1.73 ~ 2.13	±0. 20mg/dl
UA	6.4	mg/dl	6.1 ~ 6.7	±0. 3mg/dl
BUN	32	mg/dl	30 ~ 34	±2mg/dl
CRE	2.86	mg/dl	2.66 ~ 3.06	±0. 20mg/dl
AST	97	U/l	92 ~ 102	±5U/l(±5%)
ALT	76	U/l	72 ~ 80	±4U/l(±5%)
γ-GT	71	U/l	67 ~ 75	±4U/l(±5%)
ALP	274	U/l	260 ~ 288	±14U/l(±5%)
LD	293	U/l	278 ~ 308	±15U/l(±5%)
CK	292	U/l	277 ~ 307	±15U/l(±5%)
AMY	212	U/l	201 ~ 223	±11U/l(±5%)
ChE	304	U/l	288 ~ 320	±16U/l(±5%)
Fe	155	μg/dl	147 ~ 163	±8μg/dl(±5%)
Mg	2.7	mg/dl	2.5 ~ 2.9	±0. 2mg/dl
IP	5.7	mg/dl	5.5 ~ 5.9	±0. 2mg/dl
IgG	986	mg/dl	936 ~ 1036	±50mg/dl(±5%)
IgA	198	mg/dl	178 ~ 218	±20mg/dl(±10%)
IgM	94	mg/dl	84 ~ 104	±10mg/dl(±10%)

参考値として扱う項目

T-BIL	2.2	mg/dl	1.9 ~ 2.5	±0. 3mg/dl
LDL協和デタミナー	72	mg/dl	67 ~ 77	±5mg/dl
LDL協和メタボリー	67	mg/dl	62 ~ 72	±5mg/dl
LDL積水コレステスト	48	mg/dl	43 ~ 53	±5mg/dl

(留意事項)

- LDL値には機種間差が認められたため、参考値扱いとさせていただきます。
また、協和のLDL試薬につきましては、ヒト血清では同等の反応性でデータに差異を認めません。
- T-BIL値には原理方法別に差が認められるため、本ロットでは参考値扱いとさせていただきます。
- チリトロール2000Lを検量用物質（キャリブレータ）として用いることに対して、データの保証はいたしません。