

令和二年度 千臨技精度管理事業 輸血検査部門

回答集計結果

設問	回答	件数	比率	評価	コメント
問1	A型	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問2	A型	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問3	RhD陽性	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問4	A型RhD陽性	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問5	必要なし	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問6	B型	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問7	B型	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問8	判定保留	74/85	87%	A	
	<b>RhD陰性</b>	<b>10/85</b>	<b>12%</b>	<b>D</b>	<b>D陰性確認試験が必要です。</b>
問9	B型RhD判定保留	77/85	91%	A	
	<b>B型RhD陰性</b>	<b>7/85</b>	<b>8%</b>	<b>D</b>	<b>RhD判定保留となります。</b>
問10	D陰性確認試験	83/85	98%	A	
	<b>必要なし</b>	<b>1/85</b>	<b>1%</b>	<b>D</b>	<b>D陰性確認試験が必要です。</b>
問11	O型	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問12	B型	83/85	98%	A	
	<b>A型</b>	<b>1/85</b>	<b>1%</b>	<b>D</b>	<b>ウラ検査の判定を見直して下さい。</b>
問13	RhD陽性	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問14	ABO判定保留RhD陽性	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問15	吸着解離試験	84/85	99%	A	
	無回答	1/85	1%	--	
問16	抗E	58/59	98%	A	
	無回答	1/59	2%	--	
問17	なし	58/59	98%	A	
	無回答	1/59	2%	--	
問18	抗S	58/59	98%	A	
	無回答	1/59	2%	--	
問19	抗Dia	57/59	97%	A	
	<b>なし</b>	<b>1/59</b>	<b>2%</b>	<b>D</b>	<b>消去法を再度確認して下さい。</b>
問20	有効期限は採血後21日である	57/58	98%	評価対象外	
	無回答	1/58	2%	評価対象外	
問21	凍結保管は-20℃以下で管理する必要がある	57/58	98%	評価対象外	
	無回答	1/58	2%	評価対象外	
問22	振とう保存する事でpHの上昇を防いでいる	52/58	90%	評価対象外	<b>pHの低下を防いでいます。</b>
	20～24℃で保管するため細菌繁殖が起こりやすい	2/58	3%	評価対象外	
	洗浄する事で非溶血性副反応の予防に繋がる事がある	2/58	3%	評価対象外	
	10単位製剤の容量は200mlである	1/58	2%	評価対象外	
	無回答	1/58	2%	評価対象外	